



Модель 010 – Модуль ручного отбора

Выполняемые функции:

- снижение температуры;
- продувка импульсных линий;
- индикация давления на входе;
- снижение давления;
- регулирование расхода.



ВН1 - запорный вентиль;
ВН2 - продувочный вентиль;
ВН3 - регулирующий вентиль;
КС - кран сливной;

ПН - панель;
ФДУ - фильтродросселирующее устройство;
ХПЗ - холодильник пробы змеевиковый.

Обозначение	Давление пробы на входе, МПа	Температура пробы на входе, °С
СПП-15.250-010	15	250
СПП-15.540-010	15	540
СПП-25.250-010	25	250
СПП-25.540-010	25	540